



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод". ОГРН: 1116234013598.

Место нахождения и фактический адрес: город Рязань, улица Семинарская, дом 32, Российская Федерация, 390000.
Телефон: 74912252327. Факс: 74912216147. Адрес электронной почты: zavod@grpz.ru.

в лице Генерального директора Павла Левановича Будагова

заявляет, что

Индикатор внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ИГД-03

изготовитель Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"

Место нахождения и фактический адрес: 390000, город Рязань, улица Семинарская, дом 32, Российская Федерация

продукция изготовлена в соответствии с

ТУ 9441-003-94381729-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

код ТН ВЭД ТС 9018 50 100 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 18/Э-050/15МТ от 28.08.2015г., выданного ИЦ МТ "ВНИИФТРИ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЯ50 выдан 23.08.2012г. до 23.08.2017г., адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский район., г.п.Менделеево; ТУ 9441-003-94381729-2010; Регистрационного удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2011/12182 от 18.05.2015г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

Дополнительная информация

Условия хранения: в закрытых помещениях. Срок службы не менее 5 лет. Гарантийный срок службы не менее 1 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.11.2018 включительно.

П.Л. Будагов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.AE83.B.03263

Дата регистрации декларации о соответствии 26.11.2015